附件 1

文山市医共体 2025 年第二批医疗设备项目内容

序号	项目名称	数量	功能需求	预算最高 限价（万 元/台.套）	备注
1	CT	1	超高端 CT（双源或 256 排以上）；AI 智能软件 10 个；整机质保 ≥ 5 年。配套 15 套 1.5m 观片工位；3 台候诊显示屏 ≥ 80 寸；医用显示屏 4 台。同品牌后处理工作站 3 套。机房装修（含电缆改造）及配合办理相关证件。相关配套与医院现有 PACS 无缝对接。	2460	国产
2	数字胃肠机	1	机房装修（含电缆改造）及配合办理相关证件。相关配套与医院现有 PACS 无缝对接。	162	国产
3	乳腺钼靶机	1	可实现三维图像；乳腺图像辅助检查智能软件；机房装修（含电缆改造）及配合办理相关证件。相关配套与医院现有 PACS 无缝对接。	180	国产
4	彩超	1	性能相当于：飞利浦 EPIQ CVX。探头 6 把（腹部、成人心脏、高频线阵血管、经食道心脏多平面三维、经胸心脏三维、高频线阵）；配套超声影像工作站一套、不间断电源一台 $\geq 3000W$ ，整机质保 ≥ 5 年；经食道超声心电图探头日常保养设施一套；LED 显示系统一套	252	国产

			≥5 m ² ；相关配套与医院现有 PACS 无缝对接。专用检查椅 1 个、电动超声检查床 1 张。		
5	彩超	1	性能相当于：飞利浦 5500，4 把以上探头（腹部、高频线阵血管、高频线阵、成人心脏）；整机质保≥5 年；相关配套与医院现有 PACS 系统无缝对接。专用检查椅 1 个、电动超声检查床 1 张。	135	国产
6	彩超	1	性能相当于：GE Voluson E10(金标版)。探头 6 把（产科凸阵、腹部容积、腔内二维凸阵、腔内容积、高频线阵、小儿凸阵）；配套超声影像工作站一套，不间断电源一台≥3000W，整机质保≥5 年；相关配套与医院现有 PACS 系统无缝对接。专用检查椅 1 个、电动超声检查床 1 张。	252	国产
7	彩超	1	性能相当于：飞利浦 HD8G。探头 4 把（腹部凸阵、高频线阵、相控阵、腔内）；配套超声影像工作站一套；不间断电源一台≥3000W，整机质保≥5 年；相关配套与医院现有 PACS 系统无缝对接。腹部超声辅助检查 AI 智能软件。	215.2	国产
8	DR	1	性能相当于：联影 uDR Aurcra CS；整机质保≥5 年；机房装修（含电缆改造）及配合办理相关证件。同品牌厂家工作站 2 套（含竖屏 2 台），相关配套与医院现有 PACS 无缝对接。	225	国产